

## POCHE UU STÉRILE 2L FLOVAC POUR ASPIRATEUR ASPIRET, ASKIR 20, 30, C30BR



Ref. BCASPI100



25/08/2024 18:27:39 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# POCHE UU STÉRILE 2L FLOVAC POUR ASPIRATEUR ASPIRET, ASKIR 20, 30, C30BR



Ref. BCASPI100

## Description

- Poche jetable souple en polyéthylène
  - Soudée hermétiquement à un couvercle rigide à l'intérieur duquel un filtre anti-reflux hydrophobe et antibactérien est placé. Ce filtre fonctionne également en tant que trop-plein, système de désactivation de soupape d'aspiration à chaque fois que la capacité de remplissage maximum est atteinte.
  - La poche doit être placée dans son CONTAINER autoclavable FLOVAC® rigide en polycarbonate.
- Les systèmes FLOVAC® remplacent donc l'utilisation de bouchons autoclavables, ce qui diminue les coûts de nettoyage et de stérilisation.
- Compatible avec les aspirateurs New Aspiret, Series Askir et serie Hospivac.

## Caractéristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Médical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3661040151045	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	12	Pays	Italie
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	nc	Unité nue / Largeur (cm)	14
Unité emballée / Hauteur (cm)	nc	Unité nue / Hauteur (cm)	5.5
Unité emballée / Longueur (cm)	nc	Unité nue / Longueur (cm)	17.5
Unité emballée / Poids (kg)	0.2	Unité nue / Poids (kg)	0.2
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	-20	Température maxi	45
Humidité mini	NA	Humidité maxi	85
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 25/08/2024 18:27:39 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)