

## BOCAL POLI 2 L, COUVERCLE POUR ASPIRET ET ASKIR 20, 30



Ref. BCASPI80

CE  
0123



📅 29/08/2024 17:26:27 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# BOCAL POLI 2 L, COUVERCLE POUR ASPIRET ET ASKIR 20, 30



Ref. BCASPI80

## Description

Bocal Polycarbonate Makrolon 2L autoclavable jusqu'à maximum 121°C

+ couvercle muni d'une valve anti-reflux

## Caractéristiques

|   |               |                               |          |
|---|---------------|-------------------------------|----------|
| Marquage CE                               | CE0123        | Dispositif Médical            | Non      |
| Code barre                                | 3661040169316 | Code douanier                 | 90330090 |
| Garantie (mois)                           | 24            | Pays                          | Italie   |
| <b>MESURES</b>                            |               |                               |          |
| Unité emballée / Largeur (cm)             | nc            | Unité emballée / Hauteur (cm) | nc       |
| Unité emballée / Longueur (cm)            | nc            | Unité emballée / Poids (kg)   | 0.2      |
| Unité nue / Poids (kg)                    | 0.2           |                               |          |
| <b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b> |               |                               |          |
| Température mini                          | -20           | Température maxi              | 45       |
| Humidité mini                             | NA            | Humidité maxi                 | 85       |
| <b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>            |               |                               |          |
| Unité emballée / Quantité                 | 1             |                               |          |

29/08/2024 17:26:27 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)