

OXYMETRE DE POULS SPENGLER OXYSTART MYRTILLE



Ref. 221052



30/08/2024 20:55:15 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

OXYMETRE DE POULS SPENGLER OXYSTART MYRTILLE



Ref. 221052

Pour le controle ponctuel de la SpO2.

Description

HAUTE PRECISION DES MESURES

- Affichage de la courbe de plethysmographie
- Capteur haute sensibilité

FACILE D'UTILISATION ET PRATIQUE

- Compact et léger
- Mise en marche par simple pression sur l'interrupteur
- Arrêt automatique après 5 secondes de non utilisation
- Rotation de l'affichage automatique
- Affichage simultané en moins de 10 sec. :
 - la saturation pulsée en oxygène (% SpO2),
 - la fréquence cardiaque,
 - l'intensité du signal pulsatile (barre graphe),
 - la courbe de plethysmographie.
- Ecran TFT
- Témoin de batterie faible
- Affichage personnalisable : 6 modes d'affichage.
- 5 niveaux de luminosité

INFORMATION COMPLEMENTAIRE

- Livre avec une dragonne, une housse et 2 piles AAA LR03

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIb
Code barre	3700446041809	Code douanier	90181910
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.135

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	-40	Temperature maxi	60
Humidite mini	5	Humidite maxi	95

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

30/08/2024 20:55:15 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr